



MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.002.641/0001-47



TERMO DE RETIFICAÇÃO III

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 028/2018

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:

Tendo em vista o pedido de impugnação do Processo Licitatório Pregão Eletrônico 28/2018 interposto pela licitante **Dental Alta Mogiana Comércio de Produtos Odontológicos Ltda. CNPJ 05.375.249/0001-03**. Que alega direcionamento de Marca no descritivo do referido **ITEM 13**.

Esclarecemos que em nenhum momento houve a intenção de direcionamento de marca ou modelo de equipamento, visto que esta administração é sabedora de que há mais de uma marca/fabricante que atendem ao descritivo. No intuito de não prejudicar o andamento e a urgente necessidade de finalizar este processo Licitatório por esta Administração, determinam-se as seguintes decisões:

- Modificar o descritivo "Unidade Auxiliar acoplada a cadeira, rebatível com angulação de 45°", para apenas: "Unidade Auxiliar acoplada a cadeira".
- No que se refere ao item do descritivo "Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente e móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas", modifica-se para: "Acionamento dos movimentos da cadeira através de comando de pé independente móvel ou acoplado a cadeira, com todas as funções da cadeira e peças de mão".

Portanto, decidimos pelo acolhimento da impugnação, posto que tempestiva a fim de **RETIFICAR o descritivo do ITEM 13** do Edital de abertura que fica com a seguinte redação:

“Cadeira Odontológica Completa (equipo/unidade auxiliar/refletor): Base da cadeira em chapa de aço maciça com isolamento em PVC e tratamento anticorrosivo evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso, cabeceira biarticulada e anatômica, braço direito escamoteável, estofamento anatômico extra macio com espuma de poliuretano no encosto e apoio lombar e espuma laminada no assento revestido em PVC lavável e sem costura, cadeira contendo 8 movimentos sendo 4 individuais e 4 automáticos sendo 03 posições programáveis pelo CD, volta a zero, posição de trabalho 1 e 2 e ultima posição programada. **ACIONAMENTO**



MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.002.641/0001-47



Rio Negro - Paraná

DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA FEITOS ATRAVÉS DE COMANDO DE PÉ INDEPENDENTE E MÓVEL E OU ACOPLADO A CADEIRA, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas. Caixa de comando externa ou incorporada a cadeira com mangueiras embutidas, superfícies aparentes com pintura lisa. Equipo acoplado a cadeira com braço pantográfico flexível e travamento pneumático, com no mínimo 03 terminais (01 terminal para alta rotação com encaixe tipo borden ar-água-spray – 01 terminal para baixa rotação com encaixe tipo borden ar-água-spray – 01 terminal com mangueira e seringa tríplice, com regulador de pressão ar água independente para cada terminal), com suporte para até 4 pontas (sem opcional), bandeja em aço inox, estrutura em aço, mangueiras lisas e flexíveis. Mesa com puxadores bilaterais e pontas arredondadas em material de alta resistência. **UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA, COM TUBULAÇÃO EMBUTIDA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA EXPOSTA**, estrutura em material de alta resistência, com cuba de porcelana ou cerâmica esmaltada removível e de fácil limpeza, com ralo separador de detritos, sistema de água para enxágue da cuspeira regulado através de registro, com no mínimo 02 suportes sendo 01 terminal para Sugador tipo Venturi acionados automaticamente ao ser retirado do suporte. Refletor acoplado a cadeira com acendimento no pedal de comando, com lâmpada halógena luz branca de fácil troca com intensidade mínima de 20.000 lux, monofocal, controle da iluminação no comando de pé, espelho multifacetado e protetor de espelho. Com braço multiarticulado, acionamento automático do refletor ao executar as funções da cadeira. O conjunto deverá suportar peso com até 130 kg no mínimo com periféricos já incluídos. Voltagem Bivolt (110/220 v) com rele de partida e fusível de proteção. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Garantia Mínima de 12 meses. Apresentar Catálogo de Marca e Modelo da Cadeira Odontológica que atenda ao Descritivo. Obs.: a instalação deverá ser feita por técnico autorizado e a empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do mesmo, tanto na instalação como no período de garantia caso necessário.”

As demais condições do edital, inclusive valores e data de abertura, permanecem inalteradas.

É a retificação.

Município de Rio Negro, 20 de abril de 2018.

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal