



## MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.002.641/0001-47



RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 272/2017 - MODALIDADE – Pregão N° 81/2017

**OBJETO:** Aquisição de equipamentos para o Laboratório de Saúde Pública Municipal

Item	Qtde	Un.	Especificação	Preço unitário	Fornecedor Vencedor
1	1,00	un	Analisador hematológico Equipamento totalmente automatizado. Sistema de aspiração nos modos aberto e fechado com no mínimo 27 parâmetros, um diagrama de dispersão, 3 histogramas, cálculo de índices hematimétricos. Metodologia empregada poderá ser uma combinação de duas ou mais metodologias a seguir relacionadas: - laser; - Impedância; - Citometria de fluxo; - Citoquímica; - Óptico. Deve possuir velocidade de leitura de no mínimo 50 amostras por hora. Aviso de células anormais. Ligação bidirecional LIS, sem manutenção diária. Possibilidade de impressão; Leitor de código de barras para a identificação completa das amostras	70.000,0000	J.R. Ehlke & CIA. LTDA.
3	1,00	un	Estufa Microbiológica de bancada, entre 40l e 50l, com câmara interna em aço inoxidável 430, com duas prateleiras, controle de temperatura de no mínimo 200°C. Bivolt ou 220v. Com garantia mínima de 12 meses.	2.000,0000	OUTSET COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME
2	3,00	un	Centrífuga sorológica para tubos de 10 e 15 ml; com timer de pelo menos 30 minutos, velocidade máxima entre 3500 e 4000 rpm; capacidade mínima de 16 tubos; bivolt ou voltagem de 220V; com desligamento automático, com abertura da tampa, motor por indução (sem escovas). Garantia de no mínimo 12 meses.	2.216,6600	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
5	2,00	un	Refrigerador Frost Free de uma porta, com no mínimo 300l, com porta reversível e voltagem de 220v ou bivolt. Garantia de no mínimo 12 meses.	1.419,0000	P. J. DA SILVA SOUZA - COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
4	1,00	un	Microscópio Biológico Binocular, com cabeçote de inclinação de 30°, com Objetivas planacromáticas com ótica infinita de 4x, 10x, 40x e 100x a óleo e retrátil; Oculares de 10x / 18mm, ajuste interpupilar, Iluminação halógena embutida na base, controlado por placa eletrônica 6 volts / 20 watts com iluminador e refletor. Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 12 meses.	2.097,4700	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA

Rio Negro, 10 de novembro de 2017 - MISAEL ANTONIO KÖENE- Pregoeiro