



MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.002.641/0001-47



Rio Negro - Paraná

TERMO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETÔNICO Nº 081/2017

(Processo Administrativo n.º 272/2017)

1 - OBJETO: Aquisição de equipamentos para o laboratório de saúde Pública Municipal

1.1 - Considerando o recebimento de expediente protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Ofício-SMS 122/2017, no intuito de facilitar a compreensão do descritivo do item, para que não haja dúvidas, foram melhor especificados alguns detalhes, a fim de atender a todas as necessidades do Laboratório Municipal e evitar transtornos no cumprimento contratual, fica RETIFICADO o presente Edital nos termos abaixo:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

- Para o ITEM NÚMERO 1

ONDE SE LÊ:

Item	Qtde	Un.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1	un	Analisador hematológico. Equipamento totalmente automatizado. Sistema de aspiração nos modos aberto e fechado com no mínimo 27 parâmetros, um diagrama de dispersão, 3 histogramas, cálculo de índices hematimétricos. Metodologia empregada poderá ser uma combinação de duas ou mais metodologias a seguir relacionadas: - laser; - Impedância; - Citometria de fluxo; - Citoquímica; - Óptico. Deve possuir velocidade de leitura de no mínimo 50 amostras por hora. Aviso de células anormais. Ligação bidirecional LIS, sem manutenção diária. Possibilidade de impressão; Leitor de código de barras para a identificação completa das amostras processadas; Com conexão para monitores; Impressora a laser; No break compatível com o equipamento; Voltagem compatível com 220V; Computador com microprocessador. <u>A empresa fornecedora se responsabilizará pela instalação, treinamento e inserção de protocolos necessários para o funcionamento. Garantia mínima de 12 meses.</u>	105.225,0000	105.225,00



MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.002.641/0001-47



Rio Negro - Paraná

LEIA-SE:

Item	Qtde	Un.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1	un	Analizador hematológico. Equipamento totalmente automatizado. Diferencial leucocitário em cinco partes. Carregamento automático. Sistema de aspiração nos modos aberto e fechado com no mínimo 27 parâmetros, um diagrama de dispersão, 3 histogramas, cálculo de índices hematimétricos. Metodologia empregada poderá ser uma combinação de duas ou mais metodologias a seguir relacionadas: - laser; - Impedância; - Citometria de fluxo; - Citoquímica; - Óptico. Deve possuir velocidade de leitura de no mínimo 50 amostras por hora. Aviso de células anormais. <u>Ligação bidirecional LIS, sem manutenção diária.</u> Possibilidade de impressão; Leitor de código de barras para a identificação completa das amostras processadas; Com conexão para monitores; Impressora a laser; No break compatível com o equipamento; Voltagem compatível com 220V; Computador com microprocessador. <u>A empresa fornecedora se responsabiliza pela instalação, treinamento e inserção de protocolos necessários para o funcionamento bem como o fornecimento de todos os periféricos e acessórios necessários para o funcionamento do equipamento..</u> Garantia mínima de 12 meses.	105.225,0000	105.225,00

1.2 – Tendo em vista que não se altera o valor do equipamento e também da proposta de preços, mantém-se a data de abertura e as demais condições Editalícias.

É a Retificação.

Município de Rio Negro, 05 de outubro de 2017.


MILTON JOSÉ PAIZANI
PREFEITO MUNICIPAL